

مطياف فلورة ذرية

قياس فلورة ذرية ثنائي القناة لتحليل العناصر النزرة باستخدام توليد البخار وفصل الغاز والسائل. حدد المصاييح والكيمياء وتحضير العينة لكل عنصر.



المعلومات الفنية

2	العناصر المقاسة بالتزامن
<0.03 µg/L	حد الكشف: As, Se, Pb, Bi, Sb, Te, Sn
<0.005 µg/L	حد الكشف: Hg, Cd
≤1.0%	الإحكام (RSD)
>10 ³	النطاق الخطي
<0.1 µg/L	حد الكشف: Ge
<1.0 µg/L	حد الكشف: Zn
<3.0 µg/L	حد الكشف: Au
10 / 6	بكرات المضخة التمعجية / قنواتها
RS232	الاتصال

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

ترقيات اختيارية تشمل أخذ العينات بمضخة حقنة وأخذ عينات 200 موضع وتجهيز صمام كهرومغناطيسي وتحليل الأنواع الكيميائية. أكد المصاييح والغاز والكواشف حسب التطبيق.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

التطبيقات تشمل As وHg وSe وPb وGe وSn وSb وBi وCd وTe وZn وAu. مصابيح كاثود مجوف مشفرة وكاشف مضاعف ضوئي وأخذ عينات متقطع ومضخة تمعجية بست قنوات وفصل غاز وسائل بمرحلتين وذرة بفرن كوارتز ومصيدة للعناصر الضارة. برنامج لتحسين الظروف ومراقبة الغسل والفراغ والرسوم والإحصاءات وتصدير Excel مع تحذير انقطاع الغاز. تعتمد حدود الكشف على العنصر والتحضير والظروف.