

جهاز آلي لقياس نقطة التقطر والتلين

تحديد آلي لنقطة التقطر والتلين بمراقبة فيديو وتسخين مبرمج، مع موضعين للعينات لمقارنة انتقالات المادة.



المعلومات الفنية

المحيط-400 °C	نطاق درجة الحرارة
2	سعة الدفعة
0.1-20 °C/min	معدل التسخين
±0.3 °C	التكرارية دون 200 °C
±0.7 °C	التكرارية بين 200-300 °C
0.1 °C	دقة عرض درجة الحرارة
2	مواضع العينات
3	مستويات وصول المستخدم
8 in	الشاشة
32 GB	سعة التخزين
نعم	سجل التدقيق
نعم	التوقيع الإلكتروني
USB; RS232; Ethernet; Wi-Fi	الاتصال
220 V; 50 Hz; 120 W	التغذية الكهربائية

المعلومات الفنية

GB 8728-88; ASTM D3204 / D3461 / D3954 / D6090; DIN
51920; ISO 4625-2; ChP 2020; Ph. Eur.

الطرق المرجعية (أكد قابلية التطبيق)

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

الملحقات والمواد الاستهلاكية والطابعات وخيارات التطبيق تورد فقط إذا أدرجت صراحة في عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

طريقة الكأس والكرة وكشف آلي أو يدوي واستكشاف وتصوير وإعادة عرض فيديو وثلاثة مستويات مستخدم وتدفيق وتوقيع إلكتروني. تصدير USB وطباعة Wi-Fi. حدد كأس الاختبار والطريقة للمادة المطلوبة ولا تفترض توريد كل طريقة مذكورة كحزمة معتمدة.