

جهاز معايرة حجمية للرطوبة بطريقة كارل فيشر

تحديد حجمي للماء بطريقة كارل فيشر مع نقاط نهاية مبرمجة وحساب آلي وتسخين مدمج للعينة. اختر الكاشف وتحضير العينة المناسبين للتطبيق.



المعلومات الفنية

0.005-100%	نطاق المحتوى المائي
1 µg	استبانة كشف الماء
±0.3%	الخطأ الأقصى
20 mL	حجم السحاحة
2-3 min	زمن القياس النموذجي
0.001 mL	إحكام حجم الجرعة
≥99.7% (10 mg H ₂ O)	التكرارية
7 in	الشاشة
5	الطرق المحفوظة
2000	السجلات المحفوظة
3	مستويات وصول المستخدم
12 V; 40-45 °C	تغذية التسخين / نطاقه
Wi-Fi	الاتصال
5-40 °C	درجة الحرارة المحيطة
≤80% RH	رطوبة الوسط

المعلومات الفنية

220 V; 50 Hz

التغذية الكهربائية

نعم

سجل التدقيق

نعم

التوقيع الإلكتروني

التجهيز القياسي

سحاحة قياس 20 مل بواق للأشعة فوق البنفسجية وقطب بلاتيني مزدوج وطابعة نقطية خارجية وتسخين مدمج. يحدد توريد الكواشف بشكل منفصل.

التجهيز الاختياري

الملحقات والمواد الاستهلاكية والطابعات وخيارات التطبيق تورد فقط إذا أدرجت صراحة في عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

استبانة 1 ميكروغرام بكاشف 1 ملغ/مل وزيادات معايرة 0.001 مل. التكرارية محددة لعينة ماء 10 ملغ. تأخيرات نهاية مبرمجة وخمس طرق وضبط آلي للسرعة وتعويض المقاومة وفحص فتح القطب وقصره. ثلاثة مستويات وصول وتدقيق وتوقيع ونقل Wi-Fi.