

جهاز آلي لقياس نقطة الانصهار بالفيديو

قياس نقطة انصهار أربع عينات بكشف آلي ومراقبة بالفيديو، مع تسخين مبرمج لتسجيل بداية الانصهار ونهايته.



المعلومات الفنية

المحيط-400 °C	نطاق درجة الحرارة
4	سعة الدفعة
0.1-20 °C/min	معدل التسخين
0.01 °C	دقة عرض درجة الحرارة
±0.2 °C (<200 °C); ±0.4 °C (>200 °C)	دقة القياس
≤0.1 °C	إحكام معدل التسخين
PID	التحكم
≥8 in	الشاشة
20×	تكبير الفيديو
60 min	مدة تسجيل الفيديو
3	مستويات وصول المستخدم
64 GB; RAM ≥2 GB	سعة الذاكرة
100	الطرق المحفوظة
300	الرسوم المحفوظة
نعم	سجل التدقيق

المعلومات الفنية

USB; RS232; Wi-Fi

الاتصال

OD 1.4 mm; ID 1.0 mm

أبعاد الأنبوب الشعري

220 V; 50 Hz; 120 W

التغذية الكهربائية

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

الطابعة اختيارية. أكد توريد الأنابيب الشعرية والبرنامج وطريقة التطبيق قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

كشف آلي ويدوي وكتلة تسخين مغلقة بتحكم PID ومعايرة واستكشاف. تصوير وإعادة عرض الفيديو مع توقيت وحفظ الطرق والرسوم والفيديو وتنبيهات التصدير. ثلاثة مستويات وصول وتدقيق وحماية البيانات وتصدير PDF وExcel. لم تحدد الدقة عند 200 °C بالضبط.