

مقياس أس هيدروجيني مكتبي

قياس مكتبي للأس الهيدروجيني والجهد والحرارة مع معايرة آلية وتعويض حراري ونقل البيانات عبر USB.



المعلومات الفنية

نطاق الأس الهيدروجيني	-2.00-20.00 pH
استبانة الأس الهيدروجيني	0.1 / 0.01 pH
الدقة النسبية للأس الهيدروجيني	±0.02 pH
نطاق الجهد	-1999-1999 mV
نطاق درجة الحرارة	0-100 °C
ثبات الأس الهيدروجيني	±0.01 pH / 3 h
تيار الدخل	$\leq 2 \times 10^{-12}$ A
ممانعة الدخل	$\geq 1 \times 10^{12}$ Ω
استبانة الجهد	1 mV
الدقة النسبية للجهد	±0.1% FS
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
دقة درجة الحرارة	±0.5 °C
تعويض درجة الحرارة	0-100 °C
نقاط المعايرة	3
السجلات المحفوظة	2000

المعلومات الفنية

الشاشة	6.5 in LED
الاتصال	USB 2.0; micro-USB
درجة الحرارة المحيطة	5-40 °C
رطوبة الوسط	5-85% RH
التغذية الكهربائية	12 V; 1 A
الأبعاد	215 × 175 × 35 mm
الوزن الصافي	570 g
درجة الحماية	IP54

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

وحدة بلوتوث والطباعة اللاسلكية اختياريان. أكد القطب المخصص للأس الهيدروجيني والحرارة والمحاليل المنظمة الموردة.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

تعرف آلي على المحاليل المنظمة ومعايرة بثلاث نقاط وتعويض حراري آلي أو يدوي وفحص حالة القطب وتصدير USB. تشمل مجموعات المحاليل المعايير الأوروبية والأمريكية و NIST والصينية. تحفظ قيم الأس الهيدروجيني والجهد والحرارة والوقت.