

مقياس استقطاب آلي بتحكم حراري

قياس آلي للدوران الضوئي مع تحكم حراري بتقنية بلتية لتحليل التركيز والنقاوة والسكر. حدد طول الأنبوب ودرجة الحرارة ومتطلبات إدارة البيانات.



المعلومات الفنية

±90°	نطاق الدوران الضوئي
0.001°	الاستبانة الزاوية
±0.004°	دقة الزاوية
10-50 °C	نطاق التحكم الحراري
±0.1 °C	دقة درجة الحرارة
±259 °Z	نطاق مقياس السكر
±1000	نطاق الدوران النوعي
589.3 nm	الطول الموجي
0.001° (s)	تكرارية الزاوية
0.05%	النفاذية
8 in TFT	الشاشة
16 GB; ≤64 GB	سعة التخزين
4	مستويات وصول المستخدم
نعم	سجل التدقيق
نعم	التوقيع الإلكتروني

المعلومات الفنية

USB; RS232; VGA; Ethernet

الاتصال

220 V $\pm$ 22 V; 50 Hz $\pm$ 1 Hz; 250 W

التغذية الكهربائية

28 kg

الوزن الصافي

GB/T 14454.5-2008; GB/T 35887-2018

الطرق المرجعية (أكد قابلية التطبيق)

التجهيز القياسي

يجب تفصيل تجهيز الجهاز والملحقات الموردة في عرض السعر. وصف الوظيفة لا يعني شمول كل الملحقات الظاهرة بالصورة.

التجهيز الاختياري

أنابيب اختيارية بتحكم حراري: أنبوب دقيق 0.8 مل وأنبوب 200 مم. الفأرة ولوحة المفاتيح والطابعات المتوافقة حسب عرض السعر.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

المعلومات الفنية

تشمل الأنماط الدوران الضوئي والنوعي والتركيز ومقياس السكر والحسابات المخصصة. قياس مفرد ومتكرر ومستمر ومعايرة آلية وأربعة مستويات وصول وتعطيل الحسابات وسجل تدقيق وتوقيع إلكتروني وتصدير PDF وExcel وتحقق MD5. الأنابيب الموصوفة 100 و200 مم وأنبوب 100 مم بتحكم حراري؛ أكد المجموعة الموردة.