

## جهاز معايرة جهدية آلي أحادي القناة

معايرة جهدية آلية أحادية القناة لطرق الحمض والقاعدة والأكسدة والاختزال والترسيب والمعدّات والأوساط غير المائية. أخذ العينات الآلي والقنوات الإضافية خيارات حسب التجهيز.



### المعلومات الفنية

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| -2000.0-+2000.0 mV   | نطاق الجهد              |
| -20.000-+20.000 pH   | نطاق الأس الهيدروجيني   |
| 1                    | قنوات إضافة السائل      |
| 8                    | القنوات القابلة للتوسيع |
| 10 mL                | حجم السحاحة             |
| 0.1 mV               | استبانة الجهد           |
| 0.001 mL             | إحكام حجم الجرعة        |
| 250 mL               | حجم وعاء المعايرة       |
| 0-100 °C             | نطاق درجة الحرارة       |
| ±0.1 °C              | دقة درجة الحرارة        |
| 1/48000              | استبانة السحاحة         |
| 10 s (100%)          | زمن إعادة ملء السحاحة   |
| USB; RS232; Ethernet | الاتصال                 |
| نعم                  | سجل التدقيق             |

## المعلومات الفنية

نعم

التوقيع الإلكتروني

## التجهيز القياسي

التجهيز الأساسي موثق بقناة جرعات واحدة وساحة 10 مل. أكد الحاسوب والبرنامج والقطب وتجهيز التحريك في عرض السعر.

## التجهيز الاختياري

ساحات بديلة 1 و 5 و 25 و 50 مل. قنوات إضافية وآخذات عينات 16 أو 20 أو 34 موضعاً حسب التجهيز؛ أكد المنصة وطريقة التحريك.

## الاختيار والطلب

أذكر طراز PRECETTA والتطبيق والتجهيز والكمية والوجهة. حمل PDF الكامل للمواصفات والتجهيزات المتحقق منها. أكد مرافق الموقع وتوافق العينة قبل الطلب.

## المعلومات الفنية

أنماط MEAS و CAL و SET و MET و DET للقياس والمعايرة متعددة النقاط ونقطة النهاية والحجوم المتساوية والمعايرة الديناميكية. أنابيب وصمام PTFE وتنظيف آلي وفحص ذاتي وطرق قابلة للتحريك ومنحنيات مباشرة. التدقيق والصلاحيات والتوقيع وظائف برمجية ولا تمثل شهادة تنظيمية. أكد التحريك وحزمة الحاسوب والبرنامج.