

Titulador potenciométrico automático de un canal

Titulación potenciométrica automática de un canal para métodos ácido-base, redox, precipitación, complejometría y medios no acuosos. Muestreadores y canales adicionales según configuración.



Información técnica

Rango de potencial	-2000.0-+2000.0 mV
Rango de pH	-20.000-+20.000 pH
Canales de dosificación	1
Canales ampliables	8
Volumen de bureta	10 mL
Resolución de potencial	0.1 mV
Precisión de volumen dosificado	0.001 mL
Volumen del vaso de titulación	250 mL
Rango de temperatura	0-100 °C
Exactitud de temperatura	±0.1 °C
Resolución de bureta	1/48000
Tiempo de recarga de bureta	10 s (100%)
Comunicación	USB; RS232; Ethernet
Registro de auditoría	sí

Información técnica

Firma electrónica

sí

Configuración estándar

La configuración base incluye un canal de dosificación y una bureta de 10 mL. Confirme ordenador, software, electrodo y agitación en la oferta.

Configuración opcional

Buretas alternativas: 1, 5, 25 y 50 mL. Canales adicionales y muestreadores de 16/20/34 posiciones según configuración; confirme la plataforma y la agitación.

Selección y pedido

Indique modelo PRECETTA, aplicación, configuración, cantidad y destino. Descargue el PDF completo con especificaciones y configuración. Confirme servicios y compatibilidad antes del pedido.

Información técnica

Modos MEAS, CAL, SET, MET y DET para medición, calibración multipunto y titulación a punto final, volumen constante o dinámica. Tubos/válvula PTFE, limpieza, autocomprobación, métodos editables y curvas en tiempo real. Auditoría, permisos y firmas son funciones; no se afirma certificación normativa. Confirme agitación y paquete informático.