

Titulador potenciométrico automático de um canal

Titulação potenciométrica automática de um canal para métodos ácido-base, redox, precipitação, complexometria e meios não aquosos. Amostradores e canais adicionais conforme configuração.



Informações técnicas

Faixa de potencial	-2000.0-+2000.0 mV
Faixa de pH	-20.000-+20.000 pH
Canais de dosagem	1
Canais expansíveis	8
Volume da bureta	10 mL
Resolução do potencial	0.1 mV
Precisão do volume dosado	0.001 mL
Volume do recipiente de titulação	250 mL
Faixa de temperatura	0-100 °C
Exatidão da temperatura	±0.1 °C
Resolução da bureta	1/48000
Tempo de recarga da bureta	10 s (100%)
Comunicação	USB; RS232; Ethernet
Trilha de auditoria	sim

Informações técnicas

Assinatura eletrônica

sim

Configuração padrão

A configuração básica inclui um canal de dosagem e uma bureta de 10 mL. Confirme computador, software, eletrodo e agitação na proposta.

Configuração opcional

Buretas alternativas: 1, 5, 25 e 50 mL. Canais adicionais e amostradores de 16/20/34 posições conforme configuração; confirme a plataforma e a agitação.

Seleção e pedido

Informe modelo PRECETTA, aplicação, configuração, quantidade e destino. Baixe o PDF completo para especificações e configuração. Confirme utilidades e compatibilidade antes do pedido.

Informações técnicas

Modos MEAS, CAL, SET, MET e DET para medição, calibração multiponto e titulação por ponto final, volume constante ou dinâmica. Tubos/válvula PTFE, limpeza, autoverificação, métodos editáveis e curvas ao vivo. Auditoria, permissões e assinaturas são funções; nenhuma certificação regulatória é afirmada. Confirme agitação e pacote de informática.