

ورقة البيانات الفنية

جهاز اختبار الذوبان بـ12 وعاء ورأس رفع كهربائي

جهاز PT-D12S لاختبار الذوبان مزود بـ12 موضعا، ستة أوعية أمامية وستة خلفية. يتيح الرأس ذو الرفع الكهربائي والإمالة الوصول لتبديل أعمدة المجاديف أو السلال.

الخصائص الرئيسية

12 موضعا للعمل بالمجاديف أو السلال
سرعة 20-200 دورة/دقيقة؛ حمام من حرارة الغرفة إلى 45 °C
حتى 9 فترات مبرمجة لأخذ العينات مع عد تنازلي
حفظ الإعدادات وإنذارات الأعطال والحماية من فرط الحرارة

المعلومات الفنية

12	مواضع الأوعية
185 mm	ارتفاع الوعاء المتوافق
20-200 rpm	نطاق السرعة
1 rpm	دقة ضبط السرعة
حرارة الغرفة إلى 45 °C	نطاق حرارة الحمام
0.1 °C	دقة عرض الحرارة
± 0.3 °C	دقة التحكم بالحرارة
≤ 0.3 mm	تأرجح المجداف
≤ 0.8 mm	تأرجح السلة
≤ 1 mm	انحراف محور العمود عن الوعاء
9	فترات أخذ العينات
1-999 min	مدة كل فترة
± 0.5 min	خطأ المؤقت
1100 W	قدرة التسخين

التجهيز والطلب

التجهيز القياسي

12 مجدافا و12 وعاء زوبان. تصف المواصفات المنشورة أوعية بارتفاع 185 mm؛ أكد الحجم القابل للاستخدام وقائمة التوريد الكاملة في عرض السعر.

الملحقات الاختيارية

لطريقة السلال، حدد السلال والأعمدة المطلوبة في الاستفسار. يتطلب توفرها وإدراجها تأكيدا مكتوبا. لا تثبت المواصفات المنشورة وجود نظام آلي لجمع العينات.

التطبيقات

لاختبارات زوبان الأشكال الدوائية في المختبر بطريقة المجاديف أو السلال المختارة. يجب التحقق من ملاءمة الطريقة وحجم الوعاء ومعايير القبول وفق الإجراء المعتمد.

معلومات الاختيار والطلب

حدد طريقة الاختبار وإصدارها وحجم الوعاء والملحقات والكمية والوجهة والجهد والتردد ونوع القابس. أكد وثائق المعايرة أو التأهيل بصورة منفصلة. لا تثبت مجموعات المعلمات الـ300 المخزنة لدستور الأدوية الصيني المطابقة لكل الطرق أو الإصدارات الحالية.

توفر الفترات المبرمجة توقيتا لأخذ العينات؛ ولا تثبت جمع العينات آليا.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.

www.precetta.com | PT-D12S