

ورقة البيانات الفنية

## عدة معايرة ميكانيكية لأجهزة الذوبان

تدعم PT-DCK فحوص المحورية والعمق والتمايل والحرارة وسرعة الدوران والاستواء والرأسية لأجهزة الذوبان. تنقل أدوات متصلة عبر القياسات إلى محطة لمراجعة الانحرافات Bluetooth

### الخصائص الرئيسية

قياسات ميكانيكية وحرارية وسرعة دوران ضمن عدة واحدة

نقل البيانات عبر Bluetooth

تجهيز بمحطة محمولة مع توفر إصدار لوحى للترقية

### المعلومات الفنية

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 0.02 mm   | دقة عرض المحورية / العمق / التمايل |
| 0.01 °C   | دقة عرض الحرارة                    |
| 0.1°      | دقة عرض الرأسية                    |
| 0.1 rpm   | دقة عرض سرعة الدوران               |
| Bluetooth | الاتصال                            |

## تفاصيل التجهيز والتشغيل

توضح صورة الطقم المحمول طرفية بيانات ومقياسا متعدد الوظائف ومقياس تمرکز ومقياس عمق وتمایل ومسبارين مسطحا ومستديرا وحامل مقياس التمايل ومسبار حرارة وقطعة مبادعة وطوق قياس السرعة وحاملا مغناطيسيا وملحقات شحن. أكد الكميات وقائمة التوريد؛ تجهيز الجهاز اللوحي إصدار منفصل.

يستخدم النظام لفحص التمرکز والعمق والتمايل والاستواء والرأسية ودرجة الحرارة وسرعة الدوران. يرد اتصال Bluetooth. قيم الاستبانة المذكورة خطوات عرض وليست دقة قياس مثبتة.

ترد الطباعة المحلية وتقارير PDF وتخزين البيانات كعناوين بلا قيم مؤكدة للقدرات في الجدول المتاح. أكد هذه الوظائف وإصدار الطرفية والبرنامج ووثائق المعايير وتوافق الأجهزة قبل الشراء؛ لا تفترض توافقا شاملا.

## التجهيز القياسي

يشمل التجهيز المصور بمحطة محمولة جهاز قياس متعدد الوظائف ومقاييس أبعاد ومسبار حرارة ومجسات قياس وحوامل وشواحن ضمن حقيبة. أكد قائمة التوريد التفصيلية قبل الطلب.

## الملحقات الاختيارية

يعرض خيار ترقية إلى محطة لوحية. أكد الإصدار والبرمجيات ووثائق المعايرة المطلوبة، ولا تفترض إدراج تقرير معايرة ضمن التوريد.

## التطبيقات

فحص الضبط الميكانيكي والتحقق الفيزيائي الدوري لأجهزة الذوبان. قيم دقة العرض المذكورة ليست ادعاءات بدقة القياس أو دليلاً على اعتماد دستوري دوائي.

## الاختيار ومعلومات الطلب

حدد هندسة الجهاز وترتيب الأوعية والأعمدة والفحوص والوثائق المطلوبة. أكد الملاءمة الميكانيكية ونطاقات القياس؛ لا يدعى توافق شامل.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.