

ورقة البيانات الفنية

حاضنة سموم داخلية بـ 80 بئرا لطريقة التخرثر الهلامي

يضبط PT-E80 حرارة الحضانة وتوقيت اختبارات السموم الداخلية بالتخرثر الهلامي. يحتوي على عشر قنوات تتحكم بها بصورة منفصلة، بثمانية آبار لكل قناة، مع تنبيه قبل نهاية الإجراء.

الخصائص الرئيسية

عشر قنوات وثمانية مواضع اختبار لكل قناة

كتلة تسخين ألومنيوم بتحكم رقمي

تنبيه قبل الانتهاء وإنذار أعطال وحماية ذاتية

المعلومات الفنية

80	آبار التسخين
10	القنوات المستقلة
12 mm	قطر البئر
60 min	إعداد الموقت
1 min	دقة عرض التوقيت
37 °C	التحكم الحراري
0.1 °C	دقة عرض الحرارة
±0.4 °C	دقة التحكم
AC 220 V / 50 Hz	مصدر الطاقة
7 kg	الوزن

التجهيز

حاضنة بـ80 بنرا. أكد الأنابيب والمستهلكات ووثائق الاختبار؛ لا يفترض توريد كواشف الاختبار.

يلزم نحو 30 دقيقة لاستقرار النظام. يصدر التنبيه قبل انتهاء الإجراء المؤقت بمقدار 60 ثانية. يحافظ الجهاز على ظروف الحضانة ولا يفسر تكون الهلام تلقائياً. يلزم تأكيد الأبعاد الخارجية.

التطبيقات

حضانة مضبوطة لاختبارات التخرثر الهلامي. يبقى تفسير التخرثر والتحقق من الاختبار جزءاً من إجراءات المختبر.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد التجهيز الدقيق ومتطلبات العينات والملحقات ومصدر الكهرباء في عرض السعر. اطلب وثائق المعايرة أو التحقق المطلوبة بشكل منفصل.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.