

ورقة البيانات الفنية

جهاز آلي الدفع لقياس صلابة الأقراص

يُطبق PT-H1M ضغطاً بمحرك لقياس قوة الكسر حتى 300 N. يدعم رجوع رأس الضغط آلياً والحماية من الحمل الزائد وحفظ 48 نتيجة اختبارات المختبر المتكررة.

الخصائص الرئيسية

رأس ضغط بمحرك مع رجوع آلي
إيقاف الحركة الأمامية أو الخلفية عند أي موضع
تصفير آلي خارج الاختبار واسترجاع النتائج المحفوظة

المعلومات الفنية

0-300 N	نطاق قوة الكسر
0.1 N	دقة عرض القوة
0-20 mm	نطاق قطر الأقراص
10 W	استهلاك القدرة
220 V / 50 Hz	مصدر الطاقة
380 × 260 × 150 mm	الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)
7 kg	الوزن
48	النتائج المحفوظة

التجهيز القياسي

جهاز قياس قوة مع رأس ضغط بمحرك ومستشعر ضغط وشاشة LCD.

يمكن أن يبقى غطاء صندوق الشظايا المزود بتخميد في الموضع المختار. يمكن استرجاع النتائج المخزنة أو حذفها، كما يتوفر ضبط قراءة القوة برمجياً. تجهيز الطاقة المذكور هو 220 V و 50 Hz و 10 W. تأكد من مصدر الطاقة والقياس في بلد الوجهة. يحتاج تدريج القوة الثانوي بوحدة kg ودقته المعلنة إلى تأكيد اصطلاح الوحدة؛ استخدم النطاق ودقة العرض بوحدة N للاختيار الأولي.

الملحقات الاختيارية

الطابعة اختيارية؛ أكد الطابعة وطريقة الاتصال والأجزاء الموردة في عرض السعر.

التطبيقات

قياس قوة كسر الأقراس لتطوير التركيبات والرقابة المختبرية الروتينية. ثبت اتجاه القرص بطريقة متسقة واختر نطاق القوة الملانم للشكل الصيدلاني.

الاختيار ومعلومات الطلب

حدد أبعاد الأقراس وقوة الكسر المتوقعة ومعدل الاختبارات ومتطلبات التسجيل. أكد أدوات التثبيت وملحقات المعايرة ومصدر الطاقة والتجهيز المناسب للوجهة في عرض السعر.

أجهزة ذات صلة

جهاز يدوي لقياس صلابة الأقراس · PT-H1

جهاز قياس صلابة وقطر الأقراس حتى 500 N · PT-H50

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.