

ورقة البيانات الفنية

مقياس عكارة بالتشتت الضوئي يتحكم به الحاسوب

يقيس PT-T2C عكارة المحاليل بتشتت الضوء عند 90 درجة ويشمل معالجة بيانات بالحاسوب. يدعم البرنامج حفظ النتائج واسترجاع السجلات وأربعة مستويات وصول.

الخصائص الرئيسية

نظام بصري LED بطول موجة 860 nm
حاسوب وبرنامج معالجة بيانات ضمن التجهيز
سجل التدقيق متاح كتجهيز اختياري

المعلومات الفنية

90°	زاوية التشتت
860 nm	طول موجة LED
0-1000 NTU / 400-2000 NTU	نطاقات العكارة
±2% FS	دقة القياس
≤0.5%	التكرارية
1-6	نقاط المعايرة
10-35 °C	درجة حرارة التشغيل
220 V / 50 Hz	مصدر الطاقة

التجهيز القياسي

جهاز بصري مع حاسوب وبرنامج معالجة بيانات. يوفر البرنامج الموثق أربعة مستويات وصول بكلمة مرور.

دقة العرض هي 0.01 بوحد NTU في النطاق من 0 إلى 10، و 0.1 في النطاق من 10 إلى 100، و 1 في النطاق من 100 إلى 1000. أكد دقة العرض فوق 1000 بوحد NTU. انحراف الصفر المحدد هو زائد أو ناقص 0.5 بالمئة من المدى الكامل. توجد واجهة RS-232. يدعم البرنامج الموصوف حتى 1000 مشغل ومتطلبات لتعقيد كلمات المرور واسترجاع البيانات ومنحنيات عمل مخصصة. يبقى سجل التدقيق اختياريًا؛ أكد التكامل وإصدار البرنامج.

الملحقات الاختيارية

حدد سجل التدقيق عند الحاجة فهو اختياري. أكد خلايا القياس ومعايير المعايرة ولغة الواجهة ومتطلبات التكامل.

التطبيقات

تقييم عكارة وصفاء العينات الصيدلانية والمائية المتوافقة مع معالجة إلكترونية للبيانات.

الاختيار ومعلومات الطلب

أكد توافق العينات والتجهيز ومصدر الكهرباء والوثائق المطلوبة في عرض السعر.

راجع التجهيز مع PRECETTA قبل الطلب.