

جهاز انحلال بـ12 موضعا وسجلات تدقيق

يستخدم اثني عشر وعاء ومحورا بصفيين مع رفع كهربائي متزامن للرأس. تدعم شاشة اللمس والصلاحيات وسجلات التدقيق والتصدير والنسخ الاحتياطي إجراءات المختبر الموثقة.



الميزات الرئيسية

- رفع كهربائي متزامن للرأس
- أغطية محكمة تقلل تبخر الوسط
- شاشة وخمسة مستويات للصلاحيات
- أكد تجهيز التدقيق والنسخ الشبكي

المعلومات الفنية

محاور الاختبار	12
أوعية الحمام	12
نطاق السرعة	25-250 rpm
خطأ السرعة	±4%
خطأ التحكم الحراري	±0.3 °C
انحراف المحور عن الوعاء	≤2.0 mm
تذبذب المجذاف	≤0.5 mm
تذبذب السلة	≤1.0 mm
خطوة ضبط السرعة	1 rpm
دقة عرض الحرارة	0.1 °C
نطاق تسخين الحمام	المحيط-45 °C
أحداث السحب المبرمجة	≤2880
الفاصل المبرمج	1-2880 min

التجهيز القياسي

الجهاز بتجهيز الأوعية والمحاوِر الموثق. أكد قائمة التوريد والسلال والمجاذيف والزجاجيات والترخيص؛ لا يفترض شمول ملحقات الطريقة أو أجهزة السحب الخارجية.

الملحقات الاختيارية

أكد أجهزة السحب المتوافقة والطابعة وشهادات الأوعية ووثائق التأهيل منفصلة. يعتمد التوافر والواجهة والتكلفة على التجهيز المختار.

الاختبار والطلب

يسخن الحمام من حرارة المحيط إلى 45°C ؛ لا يثبت رقم 5°C وجود تبريد نشط. البيئة $5-37^{\circ}\text{C}$ والرطوبة $\geq 80\%$. أكد الطريقة والحجم والملحقات وإصدار البرنامج. لا تثبت المراجع المنهجية اعتمادا أو امتثالا تنظيميا متحققا.