

جهاز تفكك بثلاث سلال

ينفذ ثلاث مجموعات من اختبارات التفكك بسلال تتحرك معا في حمام مضبوط الحرارة. تتوقف السلال في أعلى موضع عند انتهاء الزمن - T-DIT-001 لتسهيل الوصول.



الميزات الرئيسية

- ثلاث سلال بحركة ترددية متزامنة
- مؤقت قابل للبرمجة مع عد وإعادة ضبط
- عرض زمني بأربعة أرقام
- شبكات فولاذية قياسية بفتحات 2.0 و 0.425 mm

المعلومات الفنية

0-24 h	نطاق المؤقت
ambient-45 °C	ضبط الحرارة
0.1 °C	استبانة عرض الحرارة
±0.5 °C	دقة الحرارة
29-32 /min	تردد السلال
55 ±2 mm	مسافة حركة السلال
≥25 mm	المسافة بين الشبكة وقاع الكأس

التجهيز القياسي

جهاز بثلاث سلال وشبكات 2.0 و 0.425 mm والأقراص المحددة. أكد الكؤوس وعدد الأنابيب وقائمة التوريد.

الملحقات الاختيارية

لا توجد قائمة موثقة منفصلة للخيارات. أكد السلال والشبكات البديلة المتوافقة ووثائق التأهيل المطلوبة.

الاختبار والطلب

أكد الشكل الدوائي والطريقة وتجهيز السلال. التغذية الموثقة: $220\text{ V} \pm 10\%$ ، 50 Hz ، $\leq 850\text{ W}$. البيئة: $10-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ورطوبة $>75\%$ ؛ الضجيج يلزم تأكيد نسخة التصدير وملاءمة الطريقة. $<60\text{ dB}$.