

نظام متعدد القنوات لمراقبة حرارة اختبارات البيروجينات

مستبارة ويمكن 33 يسجل تغيرات الحرارة في اختبارات البيروجينات على الأرانب والأبحاث الدوائية المرتبطة. يتضمن التجهيز الموثق - T-PYR-001 توسيعه إلى 96 في مجموعات من ثلاثة.



الميزات الرئيسية

- تجميع مرّن للمجسات لعدة عينات اختبار
- إدارة السجلات وتقارير قابلة للتخصيص
- مجسات حرارة قابلة للتبادل
- برنامج اختياري لسلامة البيانات؛ أكد الإصدار المورد

المعلومات الفنية

نطاق الحرارة	0-50 °C
الدقة بين 32 و 44 °C	$\leq \pm 0.1$ °C
عدد المجسات القياسي	33
العدد الأقصى للمجسات	96
تجميع المجسات	3

التجهيز القياسي

جهاز تسجيل الحرارة مع 33 مسباراً وفق الوثائق. أكد الحاسوب والترخيص والكابلات وقائمة التسليم؛ الصورة لا تثبت شمول جميع العناصر.

الملحقات الاختيارية

المجسات الإضافية وصندوق المعايرة وبرنامج سلامة البيانات عناصر منفصلة. يصف البرنامج أدوار المستخدمين وضوابط كلمات المرور وسجلات التدقيق وتقارير PDF والنسخ الاحتياطي. أكد الوظائف والترخيص ووثائق التأهيل في العرض.

الاختيار والطلب

حدد عدد المجسات والطريقة والتقارير ومتطلبات البرنامج. الدقة خارج 32-44 °C غير محددة. لا يدعى اعتماد تنظيمي أو برنامج متحقق منه أو امتثال. أكد التغذية ومتطلبات بلد الوجهة. 21 CFR Part 11.