

Système multicanal de température pour essais de pyrogènes

T-PYR-001 - Enregistre les variations de température lors d'essais de pyrogènes sur lapins et d'études pharmacologiques. Configuration documentée de 33 sondes, extensible à 96 par groupes de trois.



Caractéristiques principales

- Groupement flexible des sondes pour plusieurs échantillons
- Gestion des dossiers et rapports configurables
- Sondes de température interchangeables
- Logiciel optionnel d'intégrité des données ; confirmer version

Informations techniques

Plage de température	0-50 °C
Exactitude entre 32 et 44 °C	$\leq \pm 0.1$ °C
Nombre standard de sondes	33
Nombre maximal de sondes	96
Groupement des sondes	3

Configuration standard

Appareil d'enregistrement avec 33 sondes. Confirmer ordinateur, licence, câbles et livraison ; la photographie ne prouve pas leur inclusion.

Accessoires optionnels

Sondes supplémentaires, boîtier d'étalonnage et logiciel d'intégrité constituent des éléments distincts. Fonctions décrites : rôles, mots de passe, journaux d'audit, rapports PDF et sauvegarde. Confirmer fonctions, licence et qualification au devis.

Sélection et commande

Préciser sondes, méthode, rapports et logiciel. Exactitude non spécifiée hors de 32-44 °C. Aucune revendication de certification, de logiciel validé ou de conformité à 21 CFR Part 11. Confirmer alimentation et destination.