

طقم قياس بقايا ثاني أكسيد الكبريت

يجمع التقطير المصغر والقياس الكهروكيميائي لبقايا ثاني أكسيد الكبريت. يدعم السخان المحمول والكواشف أحادية الاستخدام الفحص الأولي؛ يجب إثبات ملاءمة الطريقة لمصفوفة العينة.



الميزات الرئيسية

تحضير العينة بالتقطير المصغر

قياس البقايا كهروكيميائيا

سخان بمؤقت

شرائط كواشف أحادية الاستخدام

المعلومات الفنية

20-1500 ppm	نطاق القياس
2 g	كتلة العينة
30-120 °C	نطاق الحرارة
17 s	زمن القياس
220 ±22 V / 50 ±1 Hz	التغذية الكهربائية
<400 W	استهلاك الطاقة
582 × 298 × 225 mm	الأبعاد
9.5 kg	الوزن
±20%	دقة القياس
10 / 18 min	التقطير: فحص أولي / مختبر
±0.5 °C	تحكم حراري: تغذية ومحيط مستقران
0.1 °C	دقة العرض

التجهيز القياسي

سخان واحد وستة مكثفات واثنان عشر أنبوب تقطير وعلبة خمسين شريط كاشف. أكد بقية المستهلكات والأدوات في قائمة التوريد.

الملحقات الاختيارية

تؤكد مواد المعايير والمستهلكات البديلة ووثائق التأهيل وتسعر منفصلة عند توافرها.

الاختبار والطلب

أكد المصفوفة وحد البقايا وصلاحية الكواشف وإجراء التقطير. يحتاج الفحص الأولي طريقة تأكيد مناسبة قبل القرار التنظيمي؛ لا يثبت الطقم امتثالا معتمدا.