

محطة فحص الجسيمات المرئية بوجهين

تدعم الفحص البصري للمستحضرات الحقنية وقطرات العين بوجهين للعمل وإضاءة قابلة للضبط وإنذار مؤقت - T-VIS-001



الخصائص الرئيسية

يمكن استخدام الوجهين في الوقت نفسه

خلفيات فحص سوداء وبيضاء

إضاءة فلورية قابلة للضبط مع كبح إلكتروني

إنذار صوتي وضوئي عند انتهاء الوقت

المواصفات الأساسية

1000-4000 lx	نطاق الاستضاءة
1-99 s	مؤقت الفحص
20 s	ضبط المؤقت عند التوريد
20 W ×2	المصابيح الفلورية
42 W	استهلاك الطاقة
AC 220 V ±10%, 50 Hz	التغذية الكهربائية
703 ×305 ×513 mm	الأبعاد
15 kg	الوزن التقريبي

التجهيز والطلب

التجهيز القياسي

محطة بوجهين ومصباحين فلوريين بقوة 20 W ومؤقت وخلفيات فحص. تؤكد قائمة التوريد الكاملة.

الملحقات الاختيارية

الملحقات الاختيارية غير محددة. أكد توافق المصابيح البديلة وأجهزة التحقق من الاستضاءة بشكل منفصل.

الاختيار ومعلومات الطلب

حدد نوع العبوة وطريقة الفحص والإضاءة وترتيب المشغلين. هذه محطة فحص بصري يدوي وليست عدادا آليا للجسيمات.

تشير وثائق التصميم إلى الفحص بالمصباح وفق دستور الأدوية الصيني دون إصدار أو اعتماد محدد. أكد الطريقة المطلوبة والتوافق الكهربائي المحلي.