

محطة فحص الجسيمات المرئية بوجه واحد

الفحص البصري اليدوي للمستحضرات الحقلية وقطرات العين، مع إضاءة قابلة للضبط وإنذار مؤقت - T-VIS-002



الخصائص الرئيسية

خلفيات فحص سوداء وبيضاء

إضاءة فلورية قابلة للضبط مع كايح إلكتروني

إنذار صوتي وضوئي عند انتهاء الوقت

المواصفات الأساسية

1000-4000 lx	نطاق الاستضاءة
1-99 s	مؤقت الفحص
20 s	ضبط المؤقت عند التوريد
20 W ×1	المصابيح الفلورية
22 W	استهلاك الطاقة
AC 220 V ±10%, 50 Hz	التغذية الكهربائية
703 ×175 ×513 mm	الأبعاد
12.5 kg	الوزن التقريبي

التجهيز والطلب

التجهيز القياسي

محطة بوجه واحد ومصباح فلوري بقوة 20 W ومؤقت وخلفيات سوداء وبيضاء. تؤكد قائمة التوريد الكاملة.

الملحقات الاختيارية

الملحقات الاختيارية غير محددة. أكد توافق المصابيح البديلة وأجهزة التحقق من الاستضاءة بشكل منفصل.

الاختبار ومعلومات الطلب

حدد نوع العبوة وطريقة الفحص والإضاءة وترتيب المشغلين. هذه محطة فحص بصري يدوي وليست عدادا آليا للجسيمات.

تشير وثائق التصميم إلى الفحص بالمصباح وفق دستور الأدوية الصيني دون إصدار أو اعتماد محدد. أكد الطريقة المطلوبة والتوافق الكهربائي المحلي.