

Poste simple face d'inspection des particules visibles

T-VIS-002 - Pour l'inspection visuelle manuelle des injectables et collyres, avec éclairage réglable et alarme temporisée.



Caractéristiques principales

- Fonds d'inspection noir et blanc
- Éclairage fluorescent réglable avec ballast électronique
- Alarme sonore et visuelle en fin de temporisation

Spécifications essentielles

Plage d'éclairement	1000-4000 lx
Temporisation d'inspection	1-99 s
Réglage d'usine	20 s
Lampes fluorescentes	20 W ×1
Puissance	22 W
Alimentation	AC 220 V ±10%, 50 Hz
Dimensions	703 ×175 ×513 mm
Masse approximative	12.5 kg

Configuration et commande

Configuration standard

Poste simple face avec une lampe de 20 W, temporisateur et fonds noir et blanc. Confirmer la liste de livraison.

Accessoires optionnels

Options non précisées. Confirmer séparément les lampes de rechange et les équipements de vérification d'éclairage.

Sélection et informations de commande

Préciser récipient, méthode, éclairage et disposition des opérateurs. Il s'agit d'un poste visuel manuel, pas d'un compteur automatique.

La documentation cite l'inspection sous lampe de la Pharmacopée chinoise sans édition ni certification. Confirmer méthode et compatibilité électrique locale.