

Évaporateur rotatif

Évaporateur rotatif avec ballon d'évaporation de 1 L et récepteur de 500 mL. Une source de vide externe et un circuit de refroidissement adaptés sont nécessaires.



Informations techniques

Ballon d'évaporation	1000 mL; Ø131 mm; 24#
Ballon récepteur	500 mL; Ø105 mm; 24#
Vitesse de rotation	0-120 rpm
Plage de température	ambiante-99 °C
Exactitude de température	±1 °C
Course de levage	150 mm
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz
Puissance totale	1045 W
Puissance de chauffage	1000 W
Puissance du moteur de rotation	30 W
Puissance du moteur de levage	15 W; 1:15
Indication de vide	0.098 MPa
Dimensions du condenseur	Ø85 × 450 mm
Surface de condensation	0.17 m²

Informations techniques

Raccords du condenseur	supérieur 29#; inférieur 29#
Raccords en verre à quatre voies	supérieur 29#; inférieur 24#; gauche 19#; droite 24#
Raccord d'alimentation	19#; Ø10 mm
Raccord de vide	29#; Ø10 mm
Raccords de refroidissement	Ø12 mm
Dimensions du bain	Ø220 × 120 mm
Capacité du bain	environ 4.5 L
Masse du bain	3.5 kg
Dimensions	640 × 430 × (860-1010) mm
Masse nette	16 kg
Dimensions de l'emballage	600 × 460 × 470 mm; 0.13 m³
Masse brute	19.5 kg
Matériaux en contact avec l'échantillon	verre borosilicaté 3.3; PTFE

Configuration standard

Le devis doit préciser la configuration choisie et les accessoires fournis. Les caractéristiques multiples décrivent des versions distinctes dans le même ordre ; elles ne constituent pas une configuration combinée.

Configuration en option

Les équipements optionnels et consommables ne sont fournis que s'ils figurent au devis. Confirmez dimensions, compatibilité, alimentation et configuration avant la commande.

Choix et commande

Indiquez le modèle PRECETTA, la spécification, l'échantillon ou l'application, la quantité et la destination. Consultez le PDF complet pour comparer les versions et configurations.

Informations techniques

La verrerie documentée comprend un ballon d'évaporation de 1000 mL, un récepteur de 500 mL et un condenseur vertical. Le vide externe et le refroidissement nécessaires doivent être détaillés séparément sauf inclusion au devis.