

مضخة تفريغ بتدوير الماء

مضخة تفريغ بتدوير الماء مع وصلتي سحب ومقياسين مستقلين. تؤثر حرارة الماء ونظافته في أداء التفريغ.



المعلومات الفنية

قراءة التفريغ	0.098 MPa; ماء 6-25 °C; ضغط جوي قياسي واحد
تدفق التدوير	60 L/min
سعة الخزان	15 L
الضوضاء	<50 dB
الوزن الصافي	15 kg
وصلات التفريغ	2؛ مقياسان مستقلان
مبدأ التشغيل	تفريغ بنفث الماء

التفريغ حسب حرارة الماء

حرارة الماء (°C)	قراءة التفريغ (MPa)	قراءة التفريغ (mmHg)
6	~0.099	~750
6	~0.099	~750
10	~0.099	~748
15	~0.099	~746
20	~0.097	~736

التفريغ حسب حرارة الماء

قراءة التفريغ (mmHg)	قراءة التفريغ (MPa)	حرارة الماء (C°)
~732	~0.096	25
~724	~0.095	30

التجهيز القياسي

يجب أن يحدد عرض السعر تجهيز الجهاز المختار والملحقات الموردة. عند سرد مواصفات متعددة، فهي تخص إصدارات منفصلة بالترتيب نفسه ولا تمثل تجهيزا واحدا مجمعا.

التجهيز الاختياري

تورد المعدات الاختيارية والمواد المستهلكة فقط إذا أدرجت في عرض السعر. أكد الأبعاد والتوافق والتغذية الكهربائية والتجهيز المطلوب قبل الطلب.

الاختيار والطلب

اذكر طراز PRECETTA والمواصفة المختارة والعينة أو التطبيق والكمية والوجهة. استخدم ملف PDF الكامل لمقارنة الإصدارات والتجهيزات.

المعلومات الفنية

ضع المضخة أفقيا واملأ الخزان بماء نظيف بارد إلى ما دون وصلة الفائض. غير الماء أسبوعيا على الأقل، وبوتيرة أكبر عند التلوث أو الاستخدام المكثف. ثبت خرطوم التفريغ بإحكام وأغلق مفتاح التدوير قبل السحب. أثناء التشغيل الطويل، يحد إدخال ماء بارد مضبوط وتصريف الفائض من ارتفاع الحرارة. للتبريد، صل مدخل الجهاز وراجع بوصلتي الماء الخلفيتين المناسبيتين وشغل التدوير. عند ضعف التفريغ أو عدم ثباته، افحص جهد التغذية وصمامات عدم الرجوع المسدودة أو المتآكلة والمرشحات والدافعة ودخول الماء إلى المقاييس والخراطيم المتشققة أو المسدودة. قد يرتبط تعطل المحرك بالمصهر أو المكثف أو الملفات أو المحامل أو انسداد الدافعة أو ارتخاء التوصيلات. قد يدل ارتفاع الحرارة أو الضوضاء على تآكل المحامل أو تشوه الدافعة أو عدم استقرار الجهد. قد ينتج اضطراب الماء عن اتجاه تصريف غير صحيح أو انخفاض المستوى؛ وقد ينشأ التسرب عن وصلات مرتخية أو أختام متقادمة أو خزان متضرر. تتطلب صيانة صمام عدم الرجوع إزالة مثبتات الغطاء وإخراج قلب الصمام وتنظيفه وفحص سطح الإحكام وإعادة التجميع. أكد التوافق الكيميائي لمواد الإصدار المختار. أكد سعة السحب والأبعاد الكلية في عرض السعر.