

ورقة البيانات الفنية

محطة لاهوائية يدوية مع حجرة حضانة

محطة بتبديل غاز يدوي وتحكم حرارة رقمي وحجرات عمل وحضانة ونقل منفصلة وإعدادات من حرارة الغرفة +3 إلى 60 °C.



ترتيب محطة يدوية بحجرة عمل وحضانة داخلية وباب نقل منفصل. أكد القفازات والملحقات.

الميزات الرئيسية

حجرات منفصلة

تحكم حرارة رقمي

تبديل غاز يدوي

التجهيز القياسي

تبديل غاز يدوي لحجرة العمل والنقل وتحكم حرارة رقمي وواجهة شفافة ومداخل قفازات ومنطقة SUS304 وتدوير قسري. إضاءة UV ومقيس داخلي 220 V وتنفيس ضغط وذاكرة طاقة. معقم حلقات ووحدة تسخين شمع وصندوق محفز/مجفف قياسية. أكد مصدر التفريغ وكامل الملحقات.

الملحقات الاختيارية

طابعة صغيرة ومواد محفز/مجفف ومنظم أسطوانة وحماية حرارة خارجية اختيارية. أكد الغاز والقفازات ووصلات التفريغ ومتطلبات التطبيق.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق إعداد الحرارة	حرارة الغرفة +3 إلى 60 °C
تجانس درجة الحرارة	$\leq \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
تذبذب درجة الحرارة	$\leq \pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$
قدرة الدخل (W)	600 W
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الطراز	مستوى الأكسجين المدرج
	$\leq 1\%$
	PT-ANC-003

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حجرة العمل (الطول × العرض × الارتفاع، mm)	820 × 670 × 670
حجرة الحضانة (الطول × العرض × الارتفاع، mm)	255 × 200 × 290
حجرة النقل (الطول × العرض × الارتفاع، mm)	335 × 235 × 325
الأبعاد الخارجية (mm)	1210 × 740 × 1375

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA والجو المطلوب وتجهيز الحجرات أو الجرار والخدمات والملحقات. أكد توصيلات الغاز والتفريغ والعناصر الموردة وظروف التشغيل قبل الطلب.