

ورقة البيانات الفنية

معقمات بخار مخبرية مع تجفيف

معقمات بخار رأسية بسعة 50-100 L وتجفيف قياسي وموقتين منفصلين للتعقيم والتجفيف وقدرة تسخين حسب الطراز.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف نسب الخزانة وأبعاد الحجرة وترتيب السلالات حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

غطاء بعجلة وتعشيق ضغط آمن

حماية ماء وحرارة وضغط

تحكم رقمي بالحرارة والتوقيت

التجهيز القياسي

بنية SUS304 وغطاء بعجلة وتحكم دقيق وحشية ذاتية التمدد وطرد آلي للهواء البارد وتحكم بنقص الماء وحماية حرارية وتنفيس وتعشيق ضغط آمن وإنذار نهائية. تدوير داخلي للعادم وتجفيف. الأوضاع: تعقيم مع تبريد طبيعي؛ تعقيم وعادم تلقائي؛ أو تعقيم وعادم وصرف وتجفيف.

الملحقات الاختيارية

أكد الأوعية والملحقات في عرض السعر. الطابعة والبرامج والتحقق ليست مدرجة كتجهيز قياسي. وظيفة صهر وحفظ اختيارية: صهر °C 60-98 وحفظ 40-60 دقيقة لكل منهما. أكد الخيار 0-999 وتوقيت °C

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حرارة التشغيل القصوى	135 °C
دقة عرض درجة الحرارة	1 °C
ضغط التشغيل الأقصى	0.22 MPa
ضغط التصميم	0.25 MPa
التغذية الكهربائية	220 V
نطاق المؤقت	4-120 min
مؤقت التجفيف	30-240 min

الطراز	سعة الحجرة (L)	قدرة سخان التعقيم (W)	قدرة سخان التجفيف (W)
PT-AUT-009	50	3200	800
PT-AUT-010	75	3500	1000
PT-AUT-011	100	3500	1000

المعلومات الفنية

الطرز	السلة: القطر × الارتفاع × العدد (mm)
PT-AUT-009	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-010	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-011	Ø360 × 230 × 3

الطرز	أبعاد الحجرة (mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-AUT-009	Ø400 × 640	485 × 605 × 1125
PT-AUT-010	Ø400 × 720	485 × 605 × 1195
PT-AUT-011	Ø400 × 850	485 × 605 × 1290

الاختبار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.