

ورقة البيانات الفنية

أوتوكلاف مخبري بتجفيف بالتفريغ

أوتوكلاف L 60-110 بغطاء بعجلة يدوية وتعقيم °C 105-135 وتجفيف بالتفريغ و7 برامج ثابتة و7 مخصصة وتبريد قياسي بمكثف.



منظر خارجي تمثيلي. تختلف أبعاد الحجرة وارتفاع الخزانة والسلال الموردة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

سنة مستويات لطرد الهواء وتحرير الضغط

ثلاثة مستويات صلاحيات

تبريد وواجهتا RS-485 قياسيتان

التجهيز القياسي

شاشة تحكم سعوية وغطاء بعجلة وقفل ضغط ميكانيكي وفحص إغلاق وستة مستويات لطرد الهواء وتحرير الضغط وثلاثة مستويات صلاحيات وصرف كهربائي ومكثف وتبريد هوائي ومقبس مساعد وواجهتا RS-485 ومنفذ 7. G1/2A. برامج ثابتة و7 مخصصة؛ التجفيف بالتفريغ والصهر والحفظ قياسية.

الملحقات الاختيارية

مرشح عادم 0.2 µm وطابعة ومسبار عينة ومحول تحقق وصينية سلة خيارات إضافية. تتطلب طباعة F0 الطابعة ومسبار العينة المناسبين. البرامج والتحقق ليست قياسية.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	105-135 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تجانس درجة الحرارة	≤1 °C
ضغط التشغيل	0.22 MPa
ضغط التصميم	0.38 MPa
مؤقت التعقيم	0-5999 min

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))
PT-AUT-022	60	4800
PT-AUT-023	85	5200
PT-AUT-024	110	5400

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حرارة الصهر	50-100 °C
حرارة الحفظ	40-60 °C
مؤقتا الصهر / الحفظ	0-6000 min
حرارة التجفيف	80-130 °C
مؤقت التجفيف	10-6000 min

الطرز	السلة: القطر × الارتفاع × العدد (mm))
PT-AUT-022	Ø360 × 230 × 2
PT-AUT-023	Ø360 × 270 × 2
PT-AUT-024	Ø360 × 230 × 3

الطرز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-022	Ø400 × 635	585 × 750 × 1075
PT-AUT-023	Ø400 × 725	585 × 750 × 1165
PT-AUT-024	Ø400 × 835	585 × 750 × 1275

الاختيار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.