

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أوتوكلاف بخاري مخبري بدواسة

أوتوكلاف بخاري رأسي بسعة 65 L و 90 وفتح غطاء بدواسة وشاشة لمس 7 بوصات وتعقيم 105-135 °C.



صورة تمثيلية. يختلف حجم الحجرة والملحقات الموردة حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

- غطاء بدواسة وقفل ميكانيكي وإلكتروني
- 27 برنامج تعقيم و3 برامج إذابة وحفظ
- مسابر عينة وتصدير USB وصلاحيات مشغلين

التجهيز القياسي

شاشة لمس 7 بوصات وغطاء بدواسة وقفل ذاتي ميكانيكي وتعشيق إلكتروني وتبريد هوائي ومسابر حرارة عينة ومنفذ USB ومنفذ تحقق G1/2A؛ سجلات بيانات وإنذارات وعمليات قابلة للتصدير؛ صلاحيات 20 مشغلا ومعايرة حرارة من ثماني نقاط وجدولة بالتقويم ومراحل تنفيس قابلة للضبط وحماية نقص الماء والتسخين الجاف. السلال الموردة مبنية لكل طراز.

الملحقات الاختيارية

الطابعة المدمجة وصواني قاع السلال وممر التحقق ومرشح السلامة الحيوية خيارات إضافية. أكد التغذية وقائمة التوريد. لم يذكر التجفيف بالتفريغ أو البرامج أو خدمات التحقق كتجهيز قياسي.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
حرارة التعقيم	105-135 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تجانس درجة الحرارة	≤1 °C
زمن التعقيم	0-9999 min
حرارة الإذابة	60-100 °C
زمن الإذابة	0-6000 min
حرارة الحفظ	40-60 °C
زمن الحفظ	0-6000 min
ضغط التشغيل	0.24 MPa
ضغط التصميم	0.39 MPa

المعلومات الفنية

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (kW))
PT-AUT-029	65	3.2
PT-AUT-030	90	3.6

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-AUT-029	Ø380 × 610	605 × 513 × 915
PT-AUT-030	Ø380 × 735	605 × 513 × 1040

الطراز	السلة: القطر × الارتفاع × العدد (mm))
PT-AUT-029	Ø350 × 225 × 2
PT-AUT-030	Ø350 × 200 × 3

الاختيار والطلب

حدد الطراز والحمولة أو نوع العينة وحرارة التشغيل وتجهيز السلال المطلوب. أكد التغذية والملحقات والتوريد قبل الطلب.