

ورقة البيانات الفنية

خزانات سلامة بيولوجية باستخراج عبر مجاري

خزانات سلامة بيولوجية بمراقبة تدفق LCD وترشيح HEPA ومنطقة عمل مقاومة للصدأ وأبعاد حسب الطراز.



خزانة تمثيلية. عرض العمل والإضاءة والاستخراج حسب الطراز؛ أكد التجهيز المركب النهائي.

الميزات الرئيسية

ضبط هواء آلي وعرض LCD

تعشيق UV والإضاءة وإنذار النافذة

سطح SUS304 قابل للإزالة وتصريف

التجهيز القياسي

مراقبة LCD وضبط هواء آلي وإنذارات مرشح وتعشيق UV والإضاءة وإنذار موضع النافذة. ترشيح HEPA وإضاءة ومصباح UV قياسيان ومنطقة SUS304 بسطح قابل للإزالة ومقبس AC محمي ووصلات ماء وغاز محجوزة وحوض تجميع وصمام تصريف. غطاء ووصل مجرى لاستخراج مركزي أو مروحة خارجية اختيارية. تتوقف مروحة الإمداد عند إغلاق النافذة؛ قاعدة بعجلات وضبط استواء.

الملحقات الاختيارية

أخذ درجة المرشح والوصلات الموردة ومتطلبات التركيب والاستخراج والتشغيل ووثائق التأهيل في العرض. لا تؤكد هذه الورقة شهادة طرف ثالث أو نتائج اختبار حماية. مروحة الاستخراج الخارجية اختيارية؛ أكد ترتيب استخراج المبنى.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
متوسط سرعة الدخول	0.55 m/s
دقة ضبط التدفق الهابط	±0.015 m/s
حرارة التشغيل	10-30 °C
رطوبة التشغيل عند 25 °C	≤70%
متوسط شدة الإضاءة	≥650 lx
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±10 V / 50 / 60 Hz
عرض فرق الضغط	0-500 Pa

الطراز	متوسط السرعة الهابطة	القدرة شاملة المقبس (kW))
PT-BSC-004	0.35 m/s	1.8
PT-BSC-005	0.33 m/s	2

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد منطقة العمل (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-BSC-004	1060 × 580 × 595	1200 × 770 × 2320
PT-BSC-005	1360 × 580 × 595	1500 × 770 × 2320

الطراز	قدرة الإضاءة (W × UV العدد)
PT-BSC-004	20 × 1 / 20 × 1
PT-BSC-005	30 × 1 / 30 × 1

الطراز	أبعاد مرشح الإمداد (mm))	أبعاد مرشح الاستخراج (mm))
PT-BSC-004	1095 × 475 × 70	500 × 460 × 70
PT-BSC-005	1395 × 475 × 70	650 × 460 × 70

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعرض العمل والعملية والخدمات وترتيب الاستخراج. أكد الترشيح والتشغيل ووثائق التأهيل المطلوبة قبل الطلب.