

ورقة البيانات الفنية

غرف ثبات ضوئي واسعة المدى بباب واحد

غرف ثبات ضوئي يتحكم بالرطوبة وإضاءة رف مستمرة الضبط 0-10000 lx وشاشة 7 بوصات وسجل تدقيق.



منظر خارجي تمثيلي. الأبعاد والأرفف والوحدات الداخلية حسب الطراز والتجهيز المختارين.

الميزات الرئيسية

شاشة 7 بوصات وسجل تدقيق

30 مقطعاً و99 دورة

طابعة قياسية وUSB وRS-232 وRS-485

التجهيز القياسي

شاشة 7 بوصات بتصدير USB وسجل تدقيق وصلاحيات. تشمل تبريداً متغير السرعة وباباً زجاجياً داخلياً مضاداً للضباب وقفلاً وطابعة وUSB وRS-232 وRS-485 ومنفذ تحقق جانبيين بقطر داخلي 30 mm واستعادة مكثفات. تشمل تدفق تدوير قابلاً للضبط وكلمات مرور متعددة المستويات. التحكم بالرطوبة ووحدة إضاءة رف بمصدر واحد قياسيان. تختلف المصادر التابعة الإضافية ومواضع الإضاءة القصوى حسب الطراز؛ راجع الجدول. يستخدم الترطيب تبخراً سطحياً خارج حجرة العمل.

الملحقات الاختيارية

وحدة UV القريب اختيارية: قيم مدرجة 0-2 W/m² و320-400 nm؛ ليست ادعاء UV مبيد للجراثيم. تتبع المصادر الإضافية وحدة التحكم دون عرض أو طباعة مستقلين. أكد الأرفف والبرامج والرسائل ووثائق التأهيل. لا تضمن شهادة تنظيمية. أكد الوحدات وشروط التشغيل مجمعة. قدرة الضوء وUV معا غير محددة.

المعلومات الفنية

نطاق درجة الحرارة	حالة الرطوبة / الإضاءة
-10-85 °C	الرطوبة متوقفة / الضوء مطفأ
0-85 °C	الرطوبة متوقفة / الضوء مضاء
10-60 °C	الرطوبة تعمل / الضوء مطفأ
15-60 °C	الرطوبة تعمل / الضوء مضاء

القيمة	المعامل
0.1 °C	دقة عرض درجة الحرارة
±0.3 °C	تذبذب الحرارة عند 25 °C
±0.8 °C	تجانس الحرارة عند 25 °C
30 / 99	مقاطع البرنامج / الدورات
1-9999 h	الوقت لكل مقطع
15-98%	نطاق الرطوبة المدرج
±2%	تذبذب الرطوبة المدرج
0-10000 lx	الاستضاءة: ضبط مستمر
±500 lx	انحراف الاستضاءة المدرج

المعلومات الفنية

الطراز	قدرة الدخل (W)	الأرفف: المورد / الحد الأقصى
PT-ENV-027	2000	3 / 6
PT-ENV-028	2050	4 / 12
PT-ENV-029	2200	4 / 12

الطراز	أبعاد الحجرة (mm)	الأبعاد الخارجية (mm)
PT-ENV-027	506 × 400 × 750	669 × 810 × 1450
PT-ENV-028	506 × 450 × 1100	669 × 860 × 1800
PT-ENV-029	600 × 610 × 1100	763 × 1020 × 1800

المعلومات الفنية

الطراز	وحدات الضوء الموردة (بمصدر لكل وحدة)	المصادر التابعة الإضافية الموردة	مواضع الإضاءة القصوى بما فيها الوحدات
PT-ENV-027	1	0	2
PT-ENV-028	1	1	4
PT-ENV-029	1	1	4

المعامل	القيمة
خيار UV القريب: الإشعاع المدرج	0-2 W/m ²
خيار UV القريب: الطيف	320-400 nm

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والحرارة والرطوبة واحتياجات الإضاءة و UV والوحدات. أكد الشروط مجتمعة والمرافق وأعداد المصادر والتركيب والتوريد قبل الطلب.