

ورقة البيانات الفنية

غرفة تقادم حراري أرضية 100 °C -

غرف قابلة للبرمجة للتقادم والتعرض الحراري بإعدادات من حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C وست سرعات وحجرات حسب الطراز.



منظر خارجي تمثيلي؛ الأبعاد وتجهيز الأرفف حسب الطراز.

الميزات الرئيسية

ست سرعات للمروحة

برامج من 10 مقاطع و100 دورة

إنذارات حساس الحرارة ومنظم مستقل

التجهيز القياسي

عرض LCD للحرارة والحالة وست سرعات وبرمجة 10 مقاطع و100 دورة وبدء مؤجل وإنذار حرارة بحساس ومنظم مستقل. تشمل حجرة تسخين مسبق وأرفف منزلفة وواجهة RS-485 واحدة. باب خارجي وباب مراقبة داخلي من زجاج مقسى.

الملحقات الاختيارية

مصباح UV ومرشحات دخول وخروج الهواء اختياريان. تتطلب الطابعة الخارجية أو خدمة الإنذار أو المراقبة أو التحكم عن بعد اختياراً وتوافراً مؤكدين ولا تورد جميعها قياسياً. أكد اختبارات المرشحات والبرامج والتحقق والملحقات والتوريد.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	حرارة الغرفة +5 إلى 100 °C
مقاطع البرنامج / الدورات	10 / 100
تجانس الحرارة عند 37 °C	±0.8 °C
التذبذب عند 37 °C	±0.3 °C
الحد الأقصى للبدء المؤجل	99 h 59 min

الطراز	سعة الحجرة (L))	قدرة الدخل (W))
PT-ENV-047	452	1500

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
--------	--------------------	------------------------

	PT-ENV-047	600 × 580 × 1300	774 × 845 × 1704
--	------------	------------------	------------------

الطراز	الأرفف: الموردة / الحد الأقصى
--------	-------------------------------

PT-ENV-047	4/13
------------	------

الاختبار والطلب

حدد طراز PRECETTA والعينة والحرارة وحمل الرف والخيارات. أكد التغذية والتركييب وشروط الاختبار الحراري والتوريد قبل الطلب.