

ورقة البيانات الفنية

## أفران دثر 1100 °C بسجلات بيانات

أفران دثر 7 و 12 L بحجرات ألياف موليت وتحكم حراري مبرمج وعرض السجل والمنحنيات الأتية والإنذارات وتصدير البيانات. حرارة الاستخدام القصوى المدرجة 1100 °C.



منظر تمثيلي لطراز 7 L. تختلف أبعاد الهيكل والحجرة في طراز 12 L.

### الميزات الرئيسية

حجرة ألياف موليت وعناصر FeCrAl

هيكل مهوى بمراوح تبريد

حماية زيادة التيار والحرارة وقطع الطاقة عند فتح الباب

### التجهيز القياسي

حجرة ألياف موليت وعناصر FeCrAl وعزل ألومينا وتهوية ومراوح تبريد ومراقبة الجهد والتيار وقطع الطاقة عند فتح الباب. تشمل الحماية زيادة التيار والجهد والحرارة والتسرب والقصر. الساعات والقيم الكهربائية مبينة لكل طراز. تعرض شاشة التحكم الجهد والتيار وتوفر السجل والمنحنيات الأتية وعرض الإنذارات وتصدير البيانات.

### الملحقات الاختيارية

برنامج الاتصال للتحكم عن بعد والعرض والسجلات والتصدير اختياري. أكد الواجهة وحزمة البرامج وملحقات التحميل وتردد التغذية في عرض السعر. خدمات التحقق والشهادات ليست قياسية.

## المعلومات الفنية

| المعامل                        | القيمة  |
|--------------------------------|---------|
| حرارة الاستخدام القصوى المدرجة | 1100 °C |
| حد حرارة التحكم المدرج         | 1200 °C |
| تجانس درجة الحرارة             | ±10 °C  |

  

| الطراز     | سعة الحجرة (L)) | الجهد (V)) | قدرة الدخل (W)) |
|------------|-----------------|------------|-----------------|
| PT-MUF-006 | 7               | 220        | 3000            |
| PT-MUF-008 | 12              | 220        | 4000            |

## المعلومات الفنية

| الطراز     | أبعاد الحجرة (mm)) | الأبعاد الخارجية (mm)) |
|------------|--------------------|------------------------|
| PT-MUF-006 | 200 × 300 × 120    | 460 × 560 × 675        |
| PT-MUF-008 | 200 × 300 × 200    | 480 × 570 × 775        |

## الاختبار والطلب

حدد الطراز ونوع العينة وحرارة التشغيل وترتيب التحميل والتغذية الكهربائية. اعتمد حرارة الاستخدام القصوى المدرجة عند اختيار العملية.