

ورقة البيانات الفنية

حاضنات هزازة مدارية أفقية بضبط CO2

حاضنات هزازة مدارية أفقية للزراعة المخبرية بسرعة 30-300 rpm وشاشة لمس 7 بوصات.



هيكل أفقي مرتفع تمثيلي. الطرازات المدمجة بحجرة أقل ارتفاعاً؛ الأبعاد والحوامل حسب الطراز. تتبع وظائف الضوء والغاز والرطوبة الطراز المختار.

الميزات الرئيسية

30 مقطع برنامج و999 دورة

صلاحيات وسجلات تدقيق أحداث وتصدير USB

إضاءة مراقبة؛ UV والطابعة اختياريان

التجهيز القياسي

شاشة لمس 7 بوصات وهواء قسري و30 مقطع برنامج و999 دورة وبدء مجدول وصلاحيات مستخدم وسجلات أحداث وبيانات سابقة وتصدير USB. إضاءة مراقبة وقفل ميكانيكي ومحرك دون فحمت ببدء تدريجي وإيقاف الاهتزاز عند فتح الباب وإنذارات قياسية. حساس CO2 بالأشعة تحت الحمراء وصمام تخفيض ضغط قياسي. أكد مصدر الغاز الخارجي وملحقات التوصيل.

الملحقات الاختيارية

اختياري: مصباح UV وحركة ترددية وطابعة وحوامل قوارير بديلة وحوامل زنبركية ولوح لاصق وحوامل أنابيب ووحدة إنذار SMS ومنصة مراقبة. أكد الملحقات والزجاجيات الموردة؛ ترتيبات الحمل القصوى خيارات منفصلة.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	4-60 °C
دقة عرض درجة الحرارة	0.1 °C
تذبذب الحرارة عند 37 °C	±0.3 °C
تجانس الحرارة عند 37 °C	±1 °C
السرعة المدارية	30-300 rpm
دقة السرعة	±1 rpm
نطاق المؤقت	0-9999 min / h
التغذية الكهربائية	AC 220 V ±22 V / 50 Hz
منصات الاهتزاز	منصة واحدة
نطاق ضبط CO2	0-20%
دقة ضبط CO2	0.1%

الطراز	قدرة الدخل (W))	قطر المدار
PT-SHK-032	1600	26 mm
PT-SHK-033	1700	26 mm
PT-SHK-034	1900	26 mm

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد المنصة (العرض × العمق، mm)	ترتيب الحوامل القياسي (x mL العدد)
PT-SHK-032	950 × 530	500 × 20
PT-SHK-033	950 × 530	2000 × 6
PT-SHK-034	970 × 605	2000 × 8

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-SHK-032	1010 × 590 × 310	1260 × 730 × 850
PT-SHK-033	1010 × 590 × 470	1350 × 700 × 1000
PT-SHK-034	1035 × 675 × 470	1380 × 800 × 1010

الطراز	أحمال قوارير قصوى بديلة (x mL العدد)
PT-SHK-032	50 × 71 / 100 × 71 / 250 × 45 / 500 × 37 / 1000 × 18
PT-SHK-033	50 × 71 / 100 × 71 / 250 × 45 / 500 × 37 / 1000 × 18 / 2000 × 15 / 3000 × 8 / 5000 × 7
PT-SHK-034	50 × 103 / 100 × 103 / 250 × 63 / 500 × 41 / 1000 × 22 / 2000 × 15 / 3000 × 11 / 5000 × 7

الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وحرارة التشغيل والسرعة وأحجام القوارير وترتيب الحوامل. أكد توريد الملحقات والتجهيز قبل الطلب.