

ورقة البيانات الفنية

## حاضنات هزازة CO2 قابلة للتكديس بباب قلاب

حاضنات هزازة مبردة قابلة للتكديس بتحكم مستقل وإعدادات °C 4-60 عند محيط °C 25 وعدد حجرات حسب الطراز.



تكديس تمثيلي من ثلاث حجرات صغيرة. اختر الحجم ومستوى أو مستويين أو ثلاثة حسب الطراز؛ الحجم الأطول بمستوى أو مستويين. لا تحدد الحوامل والعيوات الظاهرة التجهيز المورد.

### الميزات الرئيسية

- تحكم لمس لكل حجرة
- بيانات USB وسجل إنذار
- إضاءة و UV مبرمج قياسيان

### التجهيز القياسي

لكل حجرة تحكم لمس مستقل 7 بوصات للحرارة والاهتزاز وتشغيل ثابت أو 5 برامج من 30 مقطعاً وتوقيت من البدء أو بلوغ الحرارة وجدولة وقفل شاشة ومنحنيات وسجل إنذار وتصدير USB حتى 150000 سجل. منصات قابلة للسحب والتثبيت وداخل مقاوم للصدأ بتصريف وزجاج عازل وتبريد بإزالة صقيع قابلة للضبط وإضاءة مراقبة ومصابيح UV مبرمجة قياسية. توقف عند الفتح وذاكرة استئناف وإنذارات باب وحرارة. تتضمن طرز CO2 حساساً بالأشعة تحت الحمراء وصمام خفض ضغط؛ يلزم مصدر CO2 خارجي متوافق.

### الملحقات الاختيارية

التحكم بالرطوبة وإضاءة الزراعة والحوامل البديلة اختيارية. إضاءة المراقبة القياسية مختلفة عن إضاءة الزراعة. أكد الحوامل والقوارير أو الصفائح والتغذية والتكديس المورد. أكد حدود المؤقت وتجانس الحرارة للإصدار المختار. مدار 50 mm مخصص؛ القياسي 26 mm.

## المعلومات الفنية

| المعامل                     | القيمة                 |
|-----------------------------|------------------------|
| نطاق الحرارة عند محيط 25 °C | 4-60 °C                |
| دقة الحرارة المدرجة         | 0.1 °C                 |
| نطاق السرعة المدرج          | 0-300 rpm              |
| دقة السرعة                  | ±1 rpm                 |
| قطر المدار القياسي          | 26 mm                  |
| سعة البرامج                 | 5 × 30                 |
| التغذية الكهربائية          | AC 220 V ±22 V / 50 Hz |
| نطاق / CO2 الدقة المدرجة    | 0-20% / 0.1%           |

| الطراز     | السعة لكل حجرة (L)) | الحجرات / المستويات المستقلة | القدرة لكل مستوى (W)) |
|------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| PT-SHK-043 | 238                 | 1                            | 1000                  |
| PT-SHK-066 | 238                 | 2                            | 1000                  |
| PT-SHK-067 | 238                 | 3                            | 1000                  |
| PT-SHK-044 | 340                 | 1                            | 1000                  |
| PT-SHK-068 | 340                 | 2                            | 1000                  |

## المعلومات الفنية

| الارتفاع القابل للاستخدام فوق المنصة<br>(mm) | المنصة لكل مستوى (mm) | الطراز     |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 372                                          | 925 × 530             | PT-SHK-043 |
| 372                                          | 925 × 530             | PT-SHK-066 |
| 372                                          | 925 × 530             | PT-SHK-067 |
| 508                                          | 925 × 530             | PT-SHK-044 |
| 508                                          | 925 × 530             | PT-SHK-068 |

| الأبعاد الخارجية (mm) | الطراز     |
|-----------------------|------------|
| 1450 × 950 × 600      | PT-SHK-043 |
| 1450 × 950 × 1200     | PT-SHK-066 |
| 1450 × 950 × 1800     | PT-SHK-067 |
| 1450 × 950 × 760      | PT-SHK-044 |
| 1450 × 950 × 1520     | PT-SHK-068 |

## المعلومات الفنية

| الطراز     | أحمال قوارير بديلة لكامل التكديس (x mL العدد)                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| PT-SHK-043 | 250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11              |
| PT-SHK-066 | 250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22             |
| PT-SHK-067 | 250 × 180 / 500 × 120 / 1000 × 84 / 2000 × 45 / 3000 × 33            |
| PT-SHK-044 | 250 × 60 / 500 × 40 / 1000 × 28 / 2000 × 15 / 3000 × 11 / 5000 × 8   |
| PT-SHK-068 | 250 × 120 / 500 × 80 / 1000 × 56 / 2000 × 30 / 3000 × 22 / 5000 × 16 |

## الاختيار والطلب

حدد طراز PRECETTA وعدد الحجرات والعبوات والظروف. كل حمل ترتيب بديل لكامل التكديس وليس مجموع أحجام القوارير. قدرة المستوى ليست القدرة الكلية. أكد الخدمات والملحقات والتجهيز النهائي.