

ورقة البيانات الفنية

سلسلة أفران تفريغ مدمجة حتى 400 أو 500 °C

أفران تفريغ عالية الحرارة بتسخين مزدوج الجدار ومضخة تفريغ مدمجة موفرة. قارن حجرات 30-250 L وحدود حرارة 400 أو 500 °C.



صورة تمثيلية للسلسلة. يختلف حجم الخزانة والأرفف والحرارة وترتيب المضخة حسب الطراز؛ راجع جدول الطرازات.

الميزات الرئيسية

تحكم LCD بالحرارة والتوقيت وإنذار حراري

مضخة تفريغ مدمجة موفرة

التغذية والأرفف حسب الطراز

التجهيز القياسي

وحدة LCD للحرارة والتوقيت وإنذار حراري وإغلاق باب قابل للضبط وحشية سيليكون وحجرة مقاومة للصداً وذاكرة استعادة بعد انقطاع الطاقة. يشمل التجهيز تسخيناً مزدوج الجدار وحشية لتبريد مائي خارجي ومضخة مدمجة وجهاز تبريد غاز مدخل المضخة.

الملحقات الاختيارية

أكد ترتيبات ماء التبريد الخارجي وملحقات التوصيل قبل الطلب.

المعلومات الفنية

المعامل	القيمة
نطاق درجة الحرارة	الحد الأدنى: حرارة الغرفة °C +10
تذبذب درجة الحرارة	±1 °C
التفريغ النهائي	133 Pa
نطاق المؤقت	0-9999 min

الطراز	سعة الحجرة (L))	حد الحرارة الأعلى (°C))	قدرة الدخل (W))	سعة المضخة (L/s))
PT-VDO-036	30	400	2870	2
PT-VDO-037	53	400	3570	2
PT-VDO-038	90	400	4370	2
PT-VDO-039	250	400	8050	غير محدد
PT-VDO-040	30	500	3370	2
PT-VDO-041	53	500	3970	2
PT-VDO-042	90	500	4870	2
PT-VDO-043	250	500	9550	غير محدد

المعلومات الفنية

الطراز	التغذية الكهربائية	الأرشفة الموردة
PT-VDO-036	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1
PT-VDO-037	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-038	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-039	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3
PT-VDO-040	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	1
PT-VDO-041	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-042	AC 220 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	2
PT-VDO-043	AC 380 V $\pm$ 10 V 50/60 Hz	3

المعلومات الفنية

الطراز	أبعاد الحجرة (mm))	الأبعاد الخارجية (mm))
PT-VDO-036	320 × 320 × 300	690 × 630 × 1270
PT-VDO-037	415 × 370 × 345	780 × 680 × 1320
PT-VDO-038	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1420
PT-VDO-039	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670
PT-VDO-040	320 × 320 × 300	690 × 630 × 1270
PT-VDO-041	415 × 370 × 345	780 × 680 × 1320
PT-VDO-042	450 × 450 × 450	820 × 760 × 1420
PT-VDO-043	600 × 600 × 700	970 × 910 × 1670

الاختبار والطلب

حدد الطراز والعينة أو التطبيق وحرارة التشغيل وترتيب الأرفف. أكد التغذية الكهربائية والتجهيز النهائي قبل الطلب.