

سلسلة غرف الثبات الدوائي بشاشة لمس

تحكم بدرجة الحرارة والرطوبة لدراسات الثبات الدوائي. قارن التكوينات المتاحة وحدد ظروف اختبار العينات.



المعلومات الفنية

الطراز	PT-ENV-102
نطاق درجة الحرارة (°C)	15-65
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±0.5
انحراف درجة الحرارة (°C)	±1
نطاق الرطوبة النسبية (%)	15-95
انحراف الرطوبة النسبية (%)	±3
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

القدرة المركبة (W)	1800
الأبعاد الداخلية (mm)	600×600×600
الأبعاد الخارجية (mm)	1200×810×1250
أبعاد التغليف (mm)	1290×880×1420
الكتلة الصافية (kg)	210
الرفوف	3

التكوين B

2300	القدرة المركبة (W)
600×600×1300	الأبعاد الداخلية (mm)
1210×830×1950	الأبعاد الخارجية (mm)
1290×920×2110	أبعاد التغليف (mm)
300	الكتلة الصافية (kg)
6	الرفوف

التكوين C

3000	القدرة المركبة (W)
800×850×1200	الأبعاد الداخلية (mm)
1400×1080×1880	الأبعاد الخارجية (mm)
1495×1165×2045	أبعاد التغليف (mm)
380	الكتلة الصافية (kg)
5	الرفوف

التكوين D

3000	القدرة المركبة (W)
950×850×1200	الأبعاد الداخلية (mm)
1550×1080×1870	الأبعاد الخارجية (mm)
1640×1165×2000	أبعاد التغليف (mm)
410	الكتلة الصافية (kg)
5	الرفوف

التكوين E

4500	القدرة المركبة (W)
1200×1100×1500	الأبعاد الداخلية (mm)
1880×1330×2170	الأبعاد الخارجية (mm)

التكوين E

أبعاد التغليف (mm)	1900×1400×2300
الكتلة الصافية (kg)	630
الرفوف	7

التكوين F

القدرة المركبة (W)	4500
الأبعاد الداخلية (mm)	1200×1100×2000
الأبعاد الخارجية (mm)	1540×1950×2350
أبعاد التغليف (mm)	1650×2020×2530
الكتلة الصافية (kg)	730
الرفوف	9

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف. تستخدم منظومة الرطوبة الترطيب البخار وتدوير المياه تلقائياً. تشمل التجهيزات المدرجة التحكم بشاشة لمس وطابعة مصغرة واتصال RS485.

خيارات التكوين

مسجل مستقل دون ورق متاح اختياريًا. أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسياً.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.