

غرف ثبات دوائي متعددة الحجرات بشاشة لمس

نفذ اختبارات بظروف مختلفة داخل حجرات ذات تحكم مستقل. اختر توزيع الحجرات ووظائف الإضاءة الملائمة للدراسة.



المعلومات الفنية

الطراز	PT-ENV-106
نطاق درجة الحرارة (°C)	15-65
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±0.5
انحراف درجة الحرارة (°C)	±1
نطاق الرطوبة النسبية (%)	15-95
انحراف الرطوبة النسبية (%)	±3
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

شدة الإضاءة (lx)	غير مركب
انحراف شدة الإضاءة (lx)	غير مركب
شدة الإشعاع فوق البنفسجي (μW/cm ²)	غير مركب
الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية (nm)	غير مركب
حجم الحجرات (L)	2 × 500 = 1000
القدرة المركبة (W)	4200
الأبعاد الداخلية (mm)	2 × (600×600×1300)
الأبعاد الخارجية (mm)	1240×1620×1970

التكوين A

أبعاد التغليف (mm) 1280×1670×2070

الكتلة الصافية (kg) 600

التكوين B

شدة الإضاءة (lx) 10-10000

انحراف شدة الإضاءة (lx) ±500

شدة الإشعاع فوق البنفسجي (μW/cm²) 80-100

الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية (nm) 320-400

حجم الحجرات (L) 2 × 500 = 1000

القدرة المركبة (W) 4300

الأبعاد الداخلية (mm) 2 × (600×600×1300)

الأبعاد الخارجية (mm) 1240×1620×1970

أبعاد التغليف (mm) 1280×1670×2070

الكتلة الصافية (kg) 600

التكوين C

شدة الإضاءة (lx) 10-10000

انحراف شدة الإضاءة (lx) ±500

شدة الإشعاع فوق البنفسجي (μW/cm²) 80-100

الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية (nm) 320-400

حجم الحجرات (L) 500 + 2 × 220 = 940

القدرة المركبة (W) 4400

الأبعاد الداخلية (mm) 600×600×1300 + 2 × (600×600×600)

الأبعاد الخارجية (mm) 1240×1620×1970

أبعاد التغليف (mm) 1280×1670×2070

الكتلة الصافية (kg) 610

التكوين D

10-10000	شدة الإضاءة (lx)
±500	انحراف شدة الإضاءة (lx)
80-100	شدة الإشعاع فوق البنفسجي ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
320-400	الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية (nm)
$4 \times 220 = 880$	حجم الحجرات (L)
5700	القدرة المركبة (W)
$4 \times (600 \times 600 \times 600)$	الأبعاد الداخلية (mm)
1240×1620×1970	الأبعاد الخارجية (mm)
1280×1670×2070	أبعاد التغليف (mm)
620	الكتلة الصافية (kg)

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف. تستخدم منظومة الرطوبة الترطيب البخار وتدوير المياه تلقائياً. تشمل التجهيزات المدرجة التحكم بشاشة لمس وطابعة مصغرة واتصال RS485.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسياً.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.