

## غرف ثبات دوائي رقمية متعددة الحجرات

نفذ اختبارات بظروف مختلفة داخل حجرات ذات تحكم مستقل. اختر توزيع الحجرات ووظائف الإضاءة الملائمة للدراسة.



### المعلومات الفنية

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| الطراز                     | PT-ENV-108       |
| نطاق درجة الحرارة (°C)     | 15-65            |
| تذبذب درجة الحرارة (°C)    | ±0.5             |
| انحراف درجة الحرارة (°C)   | ±2               |
| نطاق الرطوبة النسبية (%)   | 15-95            |
| انحراف الرطوبة النسبية (%) | ±5               |
| التغذية الكهربائية         | 220 V / 50 Hz    |
| الظروف المحيطة للتشغيل     | 5-35 °C; ≤85% RH |

### التكوين A

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| شدة الإضاءة (lx)        | غير مركب           |
| انحراف شدة الإضاءة (lx) | غير مركب           |
| حجم الحجرات (L)         | 2 × 250 = 500      |
| القدرة المركبة (W)      | 3000               |
| الأبعاد الداخلية (mm)   | 2 × (500×500×1000) |
| الأبعاد الخارجية (mm)   | 1050×1340×1860     |
| أبعاد التغليف (mm)      | 1100×1440×2100     |
| الكتلة الصافية (kg)     | 390                |

## التكوين B

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 10-10000                                | شدة الإضاءة (lx)        |
| ±500                                    | انحراف شدة الإضاءة (lx) |
| $2 \times 250 = 500$                    | حجم الحجرات (L)         |
| 3000                                    | القدرة المركبة (W)      |
| $2 \times (500 \times 500 \times 1000)$ | الأبعاد الداخلية (mm)   |
| 1050×1340×1860                          | الأبعاد الخارجية (mm)   |
| 1100×1440×2100                          | أبعاد التغليف (mm)      |
| 390                                     | الكتلة الصافية (kg)     |

## التكوين C

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10-10000                                                            | شدة الإضاءة (lx)        |
| ±500                                                                | انحراف شدة الإضاءة (lx) |
| يؤكد عند طلب عرض السعر                                              | حجم الحجرات (L)         |
| 4300                                                                | القدرة المركبة (W)      |
| $2 \times (500 \times 500 \times 500) + 500 \times 500 \times 1000$ | الأبعاد الداخلية (mm)   |
| 1050×1340×1860                                                      | الأبعاد الخارجية (mm)   |
| 1100×1440×2100                                                      | أبعاد التغليف (mm)      |
| 400                                                                 | الكتلة الصافية (kg)     |

## التكوين D

|                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10-10000                                                                       | شدة الإضاءة (lx)        |
| ±500                                                                           | انحراف شدة الإضاءة (lx) |
| $2 \times 125 + 2 \times 250 = 750$                                            | حجم الحجرات (L)         |
| 4800                                                                           | القدرة المركبة (W)      |
| $2 \times (500 \times 500 \times 1000) + 2 \times (500 \times 500 \times 500)$ | الأبعاد الداخلية (mm)   |
| 1050×2110×1860                                                                 | الأبعاد الخارجية (mm)   |
| 1100×2210×2100                                                                 | أبعاد التغليف (mm)      |

## التكوين D

580

الكتلة الصافية (kg)

## التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف. تستخدم منظومة الرطوبة الترطيب البخار وتدوير المياه تلقائياً.

## خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسياً.

## معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.