

سلسلة غرف الثبات الضوئي بالضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية

اختبارات ثبات ضوئي مضبوطة الحرارة مع ضوء مرئي وأشعة فوق بنفسجية قريبة قابلة للضبط. اختر من مستوى إلى أربعة مستويات مضاءة.



المعلومات الفنية

الطراز	PT-ENV-110
نطاق درجة الحرارة (°C)	20-65
تذبذب درجة الحرارة (°C)	±0.5
انحراف درجة الحرارة (°C)	±1 (±2 مع الإضاءة)
شدة الإضاءة (lx)	10-10000
انحراف شدة الإضاءة (lx)	±500
شدة الإشعاع فوق البنفسجي (μW/cm²)	80-100
الطول الموجي للأشعة فوق البنفسجية (nm)	320-400
التغذية الكهربائية	220 V / 50 Hz
الظروف المحيطة للتشغيل	5-35 °C; ≤85% RH

التكوين A

الرفوف المضاءة	1
القدرة المركبة (W)	1100
الأبعاد الداخلية (mm)	600×600×600
الأبعاد الخارجية (mm)	1200×810×1250
أبعاد التغليف (mm)	1290×880×1420
الكتلة الصافية (kg)	195

التكوين A

1 الرفوف

التكوين B

2 الرفوف المضاءة

1500 القدرة المركبة (W)

600×600×1300 الأبعاد الداخلية (mm)

1210×830×1950 الأبعاد الخارجية (mm)

1290×920×2110 أبعاد التغليف (mm)

290 الكتلة الصافية (kg)

2 الرفوف

التكوين C

3 الرفوف المضاءة

1600 القدرة المركبة (W)

600×600×1300 الأبعاد الداخلية (mm)

1210×830×1950 الأبعاد الخارجية (mm)

1290×920×2110 أبعاد التغليف (mm)

290 الكتلة الصافية (kg)

3 الرفوف

التكوين D

4 الرفوف المضاءة

1700 القدرة المركبة (W)

600×600×1300 الأبعاد الداخلية (mm)

1210×830×1950 الأبعاد الخارجية (mm)

1290×920×2110 أبعاد التغليف (mm)

295 الكتلة الصافية (kg)

التكوين D

4

الرفوف

التجهيز والبنية

تدوير قسري للهواء وتحكم رقمي بالحرارة وحجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ وحماية من ارتفاع الحرارة. تحدد التكوينات أبعاد الحجرة وعدد الرفوف.

خيارات التكوين

أكد تجهيزات التسجيل والمراقبة ووثائق التأهيل والملحقات الإضافية في عرض السعر. لا يمثل ذلك شهادة عامة أو وعدا بتوريدها قياسيا.

معلومات الطلب

حدد طراز السلسلة وحرف التكوين وحمولة العينات ونقاط الضبط ومساحة التركيب ومتطلبات الكهرباء. الأبعاد بالترتيب: العمق × العرض × الارتفاع. أكد التكوين النهائي وبروتوكول الاختبار قبل الطلب. تخص قيم الأداء التكوين المختار. لا تجمع حدود الحرارة أو الرطوبة من تكوينات مختلفة. التغذية المدرجة 220 V / 50 Hz، وتحتاج المتطلبات الأخرى إلى تأكيد.